

检验报告
Certificate of Analysis

No. COA20260411010

产品名称 Product Name	血细胞分析仪用校准物(光学法) SC-CAL PLUS Hematology Calibrator	REF	N/A
批号 Lot No.	PLUS0526	型号 Model of the Reagent	SC-CAL PLUS
物料编码 Material Code	105-003223-00	包装规格 Package Size	3 mL×2
生产日期 Manufacture Date	2026-04-07	有效期 Expiry date	2026-06-05
标准依据 Standard basis	产品检验规范 Specification for Product Inspection		

检测项目 Subjects	接受标准 Accept criteria	检测结果 Results	结果判定 Conclusion
1、外观性状 Appearance			
外观 Appearance	应作为一种足够均匀的类血液物质，红色或暗红色液体，不得有凝块。 It should be a sufficiently homogeneous blood-like substance, red or dark red liquid, without any clots.	符合标准/Qualified	符合/Pass
2、装量 Volume			
装量 Volume	≥3ml	3 mL	符合/Pass
3、性能 Performance			
	ESR≤5.0% (CV%)	ESR:0.25%	
瓶内均匀性 Uniformity in bottle	HGB≤1.0% (CV%)	HGB:0.74%	符合/Pass
	MCV≤0.5% (CV%)	MCV:0.16%	



PLT≤4.0% (CV%)

PLT:2.62%

RBC≤1.5% (CV%)

RBC:0.94%

WBC≤2.0% (CV%)

WBC:1.37%

生物安全性
Biosafety

校准品的HBsAg、HIV抗体、HCV抗体、TP抗体检测应结果为阴性。
HBsAg , HIV antibody, HCV antibody, and TP antibody testing results of the calibrator should be negative.

阴性/negative

符合/Pass

结论
Summary

合格/PASS

备注
Remarks

检验 :
Analysis

郭小夕Guo Xiaoxi 郭小夕 GuoXiaoxi

批准 (检验工程师) :
Approved by(Quality Engineer)

洪坤Hong Kun 洪坤 Hong Kun

日期 :
Date

2026-04-11

日期 :
Date

2026-04-11

